



Poznań, 25.04.2025 r.

Oznaczenie sprawy: PN-27/25

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych (10 części)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. dotyczy Część 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wody o pojemności 500ml spełniającej pozostałe wymogi SWZ
Odp. : Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
2. dotyczy Część 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wody o pojemności 350ml spełniającej pozostałe wymogi SWZ?
Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
3. **Pakiet 10, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?
Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ
4. **Pakiet 10, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50-60% po 7 dn, 20-30% po 14 dn?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ
5. **Pakiet 10, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści szew o grubości 0?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.
6. **Pakiet 10, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.
7. **Pakiet 10, pozycja 3** – Czy Zamawiający używając określenia MOCNA ma na myśli igłę pogrubioną?
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza igłę pogrubioną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ





8. **Pakiet 10, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 21-28 dni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

9. **Pakiet nr 8 pozycja 1 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membranie o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych opór przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H₂O, Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml, Masa 35,6 g, Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml, Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml, Złącza 22M/15F - 22F/15M, Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem, sterylny ?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ

10. **Pakiet nr 8 pozycja 2 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wymiennika o następujących oporach przepływów Opór przepływu 0,63cm H₂O przy 30l/min, 1,8 cm H₂O przy 60l/min, 3,5 cmH₂O przy 90l/min ? Z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

11. **Pakiet nr 8 pozycja 3 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtr o objętości oddechowej 150 - 1500 ml, przestrzeń martwa 33ml, Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H₂O, przy 60 l/min 1,4 cm H₂O, przy 90 l/min 2,76 cm H₂O, masa 21g ?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga pozostałe parametry zgodnie z SWZ

12. **Pakiet 7, Pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia wydajnego nawilżania Zamawiający wymaga aby sterylna woda rozpraszana była przez dyfuzor posiadający minimum 20 otworów?

Odp.: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, zgodnie z SWZ.

Sporządziła: Izabela Sobańska

