



**Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny**

im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 23.04.2025r .

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:

„Zakup i dostawa wielofunkcyjnego aparatu USG.”

Nr postępowania: (PZ/8/2025)

Platforma zakupowa: ID 1089765

Działając w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczy pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści aparat USG Klasy Premium który posiada głowicę convex Single Crystal z kątem skanowania 70 stopni ? Oferowana głowica spełnia pozostałe wymagania opisane przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie głowicy convex Single Crystal z kątem skanowania 70 stopni.

Pytanie 2 dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat USG Klasy Premium który będzie posiadał monitor wykonany w technologii OLED z przekątną ekranu 22 cale ? Zamawiający wymaga aparatu z Monitor LCD. Technologia OLED jest nowszym i lepszym rozwiązaniem. Diagnostyka na monitorze OLED może wpłynąć korzystniej na ocenę badanych narządów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu USG z monitorem w technologii OLED.

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

dr n. med. Andrzej Stawiec

