



**Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny**
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 10.01.2025 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na: **Zakup defibrylatora z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Nr postępowania: (PZ/30/2024)

Platforma zakupowa: ID 1039323

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Cyt: „Przesyłam poniżej pytanie do udzielonych odpowiedzi: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 7 z dnia 7 stycznia 2025 r. prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie "Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami SWZ" Zamawiający dopuścił następujące rozwiązanie równoważne do opisanego w poz. 29 OPZ, wynikające z treści pytania: "Moduł etCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika, w zestawie 30 jednorazowych adapterów oddechowych do sensora pomiarowego dla pacjentów zaintubowanych do każdego defibrylatora" Nasze pytanie wynika z faktu, że udzielona przez Zamawiającego odpowiedź z dnia 7 stycznia 2025 roku dotycząca pytania nr 7 jest jednoznaczna.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pomiaru ze strumienia głównego. Natomiast wyrażamy zgodę na wykorzystanie w/w adapterów.

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
dr n. med. Andrzej Siwiec