

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na: „**DOSTAWA MODUŁOWEGO ANALIZATORA GAZÓW**”

I. Pytania techniczne:

1. Prosimy o podanie nazwy firmy i danych kontaktowych do osoby z firmy, która dostarczała Zamawiającemu piec rurowy. Dane są niezbędne do oszacowania kosztów modyfikacji oprogramowania istniejącego sterownika.

Poniżej dane kontaktowe dostawcy pieca rurowego:

CZYŁOK SP. Z O.O., ul. Pszczyńska 336, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Piotr Podeszwa, e-mail: p.podeszwa@czylok.com.pl

2. Zamawiający w SWZ określa w zakresie prac do wykonania modyfikację oprogramowania istniejącego sterownika uwzględniającego pomiar gazów z analizatora w instalacji stanowiska jednocześnie w OPZ występuje zapis, iż zagospodarowanie sygnału z analizatora jest po stronie Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie:

- a. Na czym ma polegać modyfikacja oprogramowania istniejącego sterownika?

Należy zaznaczyć, że zapis dotyczący „zagospodarowania sygnału przez Zamawiającego” nie oznacza, że Instytut zamawia jedynie montaż i instalację urządzenia, a wszelkie czynności związane realizacją obróbki i akwizycji danych pomiarowych z analizatorów będą po naszej stronie.

Cel jaki chcemy odciągnąć po instalacji i uruchomieniu stacjonarnego systemu do ciągłej analizy gazów poreakcyjnych z pieca rurowego to otrzymanie w jednym pliku danych pomiarowych z analizatora spalin, czasu wraz z temperaturą mierzoną wewnątrz pieca rurowego.

- b. Czy zakres prac ma kończyć się na wystawieniu sygnału z analizatora po 4-20 mA a dalej Zamawiający zagospodaruje sygnał? Czy należy sygnał gdzieś doprowadzić, wprowadzić i dokonać modyfikacji w systemie?

W związku z powyższym, informujemy, że zakres prac nie powinien ograniczać się jedynie do wystawienia sygnału w standardzie 4–20 mA, lecz obejmować także jego zagospodarowanie, które może być zrealizowane w jednym z dwóch wariantów zaproponowanych poniżej:

– Wariant 1: Wystawiony sygnał zostaje przekazany, na przykład, do karty pomiarowej, która następnie zbiera dane i zapisuje je na komputerze, uwzględniając jednocześnie w zapisie temperaturę komory pieca.

– Wariant 2: Sterownik pieca rurowego samodzielnie gromadzi dane zarówno z pieca, jak i z analizatorów, zapisując je następnie w jednym wspólnym pliku CSV na pendrive.

Wybór odpowiedniego wariantu może być ustalony z dostawcą pieca firmą Czyłok.

3. Prosimy o wyłączenie wymaganych przeglądów serwisowych z zadania.

Zakres i częstotliwość przeglądów serwisowych dla analizatora uzależnione są od warunków i intensywności jego użytkowania, które nie są możliwe do precyzyjnego określenia na etapie składania

oferty. Przykładowo, niektórzy użytkownicy decydują się na wykonywanie kalibracji co kwartał, inni raz do roku – zależy to od specyfiki próbek, obciążenia pracy oraz wewnętrznych procedur danej jednostki. Dobrą praktyką rynkową jest ocena potrzeb serwisowych po zakończeniu etapu rozruchu urządzenia, tj. po około 3 miesiącach jego eksploatacji, i dopiero wtedy zawarcie umowy serwisowej dostosowanej do realnych potrzeb użytkownika.

Wszystkie usterki gwarancyjne są realizowane w ramach gwarancji.

Prosimy zatem o potwierdzenie możliwości wyłączenia z wyceny oferty kosztów przeglądów serwisowych, oraz pozostawienia ich do odrębnego ustalenia po zakończeniu okresu rozruchu urządzenia.

Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy. Przeglądy serwisowe są realizowane zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia (np. raz do roku), a nie na podstawie życzeń Zamawiającego. Dodatkowe przeglądy wykraczające poza zalecenia producenta, będą dodatkowo płatne i będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń.

4. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Umowy do 18 tygodni liczonego od dnia jej podpisania obustronnie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu (powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie, ponadto nie zostało w żaden sposób uzasadnione).


Jednocześnie Zamawiający informuje:

ze względu na upływ terminu, o którym mowa pkt. 7.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień, które wpłynęły po dniu 11 kwietnia 2025r., w związku z powyższym Zamawiający postanawia nie udzielać wyjaśnień na pytania zawarte w pozostałej części złożonych zapytań.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Górnśląski Instytut Technologiczny
Zastępca Dyrektora
ds. Badawczych

dr hab. inż. Jarosław Marcisz