



Poznań, 18.04.2025 r.

Oznaczenie sprawy: PN-27/25

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych (10 części)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu chirurgicznego o zdolności podtrzymania tkankowego do 30 dni? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zaoferowania tak jak w SWZ.

2. Pakiet 10, poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 27mm?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu chirurgicznego o absorpcji 80-90 dni?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

4. Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1: zdolność podtrzymania tkankowego 50% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, absorpcja 60-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

- Poz. nr 3: zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu .

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Sporządziła: Izabela Sobańska

