



**WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



WCKiK – SZP.2612.1.18/D/2025
Warszawa, 02.04.2025 r.

**WYKONAWCY POSTĘPOWANIA
NUMER SPRAWY 18/D/2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa kompresów gazowych” – Sprawa 18/D/2025.

Szanowni Państwo,
Zamawiający Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ” oraz załączników na pytania skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1.

Załącznik 2 do swz

Poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 7,5 x 7,5, 17 nitkowe na 12 warstw - poz. 1.

Zgodnie z opisem w arkuszu asortymentowo-cenowym Zamawiający wymaga kompresów gazowych niesterylnych 7,5cm x 7,5cm x 12 warstw **min. 13-nitkowy (tzn. minimum 13-nitkowy).**

Pytanie 2.

Załącznik 2 do swz

Poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 12 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 5 x 5, 13 nitkowe na 12 warstw - poz. 2.

str. 1/2

Zgodnie z opisem w arkuszu asortymentowo-cenowym Zamawiający wymaga kompresów gazowych niesterylnych 5cm x 5cm x 12 warstw **min. 13-nitkowy (tzn. minimum 13-nitkowy)**.

Pytanie 3.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym czy zamawiający dopuszcza kompresy sklasyfikowane w klasie I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji.

Wyroby z gazy niejałowej – winny być sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kompresy powinny być sklasyfikowane w klasie 1 reg. 4

Pytanie 4.

Czy przez opakowanie (50 sztuk pojedynczych kompresów) – należy rozumieć kartonik zbiorczy zawierający 25 blistrów po 2 szt. kompresów wewnątrz blistra (lub 25 blistrów po 3 szt. kompresów w blistrze)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza **arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach** wskazujący, jak należy rozumieć ilość opakowań w przeliczeniu na **50 sztuk i 75 sztuk** kompresów w opakowaniu.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **07.04.2025 r. do godziny 9:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. dnia **07.04.2025 r. o godzinie 09:15.**

Załączniki:

- Arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 02.04.2025 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

str. 2/2

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – PO ZMIANIE

CPV 33141119-7

Załącznik Nr 2 do SWZ

Załącznik Nr 1 do Umowy

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Liczba	Cena jedn. netto (pln)	Wartość netto (pln)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln)
1	Kompres gazowy niesterylny 7,5cm x 7,5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie max. 100 sztuk.				opakowanie (100 sztuk)	4 330 op.				
2	Kompres gazowy niesterylny 5cm x 5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie max. 100 sztuk.				opakowanie (100 sztuk)	1 340 op.				

3	Kompres gazowy sterylny 5cm x 5cm x 8 warstw min. 13- nitkowy Opakowanie: 3 sztuki lub 2 sztuki				Opakowanie (50 sztuk lub 75 sztuk)	5 421 op. - w przypadku 50 sztuk pojedynczych kompresów w opakowaniu 3 614 op. - w przypadku 75 sztuk pojedynczych kompresów w opakowaniu				
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:										

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę	Tak, podać oferowany czas dostawy	dni roboczych
Termin ważności produktu – nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy	Tak, podać termin ważności produktu	miesiące

Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości.

Kompresy powinny być sklasyfikowane w klasie 1 reg. 4

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- deklaracja zgodności producenta, dokumentu CE

- dokument potwierdzający, że oferowane kompresy są zarejestrowane jako inwazyjne oraz są wykonane z gazy bielonej metodą nadtlenkową lub bezchlorową.
- Zgłoszenia do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Lublinie, Gdańsku.

.....
(znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych) do
reprezentowania podmiotu)