

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania na: **DOSTAWA SPEKTROMETRU MAS SPRZĘŻONEGO Z PLAZMĄ WZBUDZANĄ
INDUKCYJNIE**

Pytanie nr 1: Dotyczy zapisów „co najmniej dwa kompletne palniki rozbieralne lub nierozbieralne do pracy z roztworami zawierającymi HF z inertnymi wtryskiwaczami oraz bazami mocującymi wszystkie elementy jeżeli są wymagane do montażu: łatwe do zdejmowania, wymiany i czyszczenia, z możliwością 3 - kierunkowej, automatycznej regulacji (x, y, z)” oraz „Dwa kompletne inertne palniki, dwa inertne nebulizery i dwa komplety stożków platynowych do pracy z HF”.

Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych inertnych palników. Czy dostawa ma obejmować co najmniej dwa kompletne inertne palniki do pracy z HF?

Odpowiedź na pytanie 1:

Niniejsze zamówienie obejmuje co najmniej 2 inertne palniki do pracy z HF i najmniej 2 inertne nebulizery do pracy z HF.

Pytanie nr 2: Dotyczy zapisów „Dwa kompletne inertne palniki, dwa inertne nebulizery i dwa komplety stożków platynowych do pracy z HF” oraz „Zapasy komplet wszystkich stosowanych stożków Pt – 1 komplet”. Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych zestawów stożków platynowych. Czy dostawa ma obejmować co najmniej dwa zestawy wszystkich stosowanych stożków platynowych (Pt)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Niniejsze zamówienie obejmuje co najmniej 2 komplety (zestawy) stożków platynowych.

Pytanie nr 3: W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami SWZ i zał. nr 2 dot. punktacji przyznawanej za długość okresu gwarancji prosimy o wskazanie, który zapis jest właściwy.


Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający omyłkowo dołączył do załącznika nr 2 (opis przedmiotu zamówienia – plik excel) zakładkę punktacja. Punktacja została szczegółowo opisana w specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 24. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na usunięcie zakładki z pliku załącznika nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Górnośląski Instytut Technologiczny
Zastępca Dyrektora
ds. Badawczych

dr hab. inż. Jarosław Marcisz