

Wykonawcy postępowania

ZP/55/2025

Łódź, dn. 22.04.2025 r.

Sygnatura: ZP/55/2025

Sprawa: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę cytometru przepływowego”.

**Działając w oparciu o art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – załącznika nr 2 opisu przedmiotu zamówienia:**

W załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia w pkt „Parametry optyczne” Zamawiający omyłkowo wskazał: „Urządzenie wyposażone w 3 rozdzielone przestrzenie lasery” po czym wymienione są 4 lasery:

- Fioletowy 405 nm 100 mW
- Niebieski 488 nm 100 mW
- Czerwony 637 nm 140 mW
- Żółty 561 nm 100 mW.

Wyżej wymieniony zapis powinien brzmieć: „Urządzenie wyposażone w 4 rozdzielone przestrzenie lasery:

- Fioletowy 405 nm 100 mW
- Niebieski 488 nm 100 mW
- Czerwony 637 nm 140 mW
- Żółty 561 nm 100 mW.

Dyrektor  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi