

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia:** Dostawa środków materiałowych

**Przeznaczenie:** do odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego

**Asortyment i ilości:** zgodnie z SWZ.

2. **CPV:** 33141620-2, 33141110-4

3. **Oferty częściowe:** TAK

4. **Wymagane cechy dostawy:** zgodnie ze szczegółowym opisem części zadań przedmiotu zamówienia.

5. **Wymogi techniczne** – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

6. **Opis równoważności:** NIE DOTYCZY

7. **Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:** NIE DOTYCZY

8. **Odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu:** NIE DOTYCZY

7. **Usługi dodatkowe:** transport, załadunek i rozładunek na koszt Wykonawcy.

8. **Termin realizacji:** do 30.09.2025r..

9. **Miejsca dostawy:** Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej,  
ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów.

9. **Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane na etapie składania ofert**

1) dla wszystkich pozycji:

- oświadczenie dotyczące deklaracji i certyfikatów zgodnie z wzorem określonym **załącznikiem do SWZ nr 17;**
- wypełniony **załącznik do SWZ nr 18;**

2) w zakresie pozycji:

- a) pakiet 1 Torba Lekarza – poz. nr 1, 2, 3
- b) pakiet 2 Plecak Ratownika Medycznego – poz. nr 1, 2, 3
- c) pakiet 3 Plecak Ewakuacji Medycznej – poz. nr 1, 2, 3
- d) pakiet 4 Walizka Reanimacyjna – poz. nr 1, 2, 3
- e) pakiet 5 Plecak Ratownika Sanitariusza – poz. nr 1, 2, 3
- f) pakiet 6 i 6a Opatrunek indywidualny;
- g) pakiet 7 Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej;
- h) pakiet 8 Zestaw dojścia doszpikowego;

- i) pakiet 9 Opatrunek hydrożelowy 28-40x40-60 cm
- j) pakiet 10 Opatrunek hydrożelowy mały o pow.400 cm<sup>2</sup>
- k) pakiet 11 Hydrożel w butelce

w przypadku:

- *wyrobów medycznych klasy I (niesterylnych i bez funkcji pomiarowej): deklaracja zgodności,*
- *wyrobów medycznych klasy I – wyroby sterylne, klasy I – wyroby z funkcją pomiarową, klasy I – z funkcją pomiarową sterylne, klasy IIa, klasy IIb oraz klasy III: deklaracja zgodności CE oraz certyfikat CE.*

W zakresie pakietu 6 i 6a Opatrunek indywidualny oraz pakietu 7 Opatrunek na rany penetracyjne na rany klatki piersiowej Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia na etapie składania ofert 4 szt. opatrunku do celów przeprowadzenia procedury badania próbek. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie jednego kompletu próbek dla wszystkich pakietów, w których Wykonawca oferuje ten sam produkt, tego samego producenta, o tej samej nazwie, numerze serii, modelu i numerze REF. Opis procedury badania próbek stanowi załącznik nr 16 do SWZ

3) w zakresie:

- a) opatrunek hemostatyczny
- b) opaska zaciskowa (staza taktyczna)
- Zamawiający oceniając ofertę porówna nr **NSN** zaoferowanego asortymentu zawartego w formularzu cenowym z numerem NSN zawartym na liście produktów rekomendowanych przez komitet TCCC lub porówna z numerem NSN przedstawionym na dokumencie równoważnym.
- Przy odbiorze asortymentu Zamawiający porówna nr NSN umieszczony przez producenta na opakowaniu jednostkowym dostarczonego asortymentu z numerem NSN zawartym na liście produktów rekomendowanych przez komitet TCCC lub na przedstawionym dokumencie równoważnym.
- W przypadku braku umieszczenia na opakowaniu produktu numeru NSN, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą oświadczenia producenta w zakresie numeru NSN dostarczonego produktu, ze wskazaniem jego nazwy handlowej, modelu/nr katalogowego oraz numeru serii partii produktu tożsamej z partią dostarczoną.
- **RÓWNOWAŻNOŚĆ:** Zamawiający przez dokument równoważny rozumie inny dokument wystawiony przez komitet TCCC potwierdzający, że zaoferowany asortyment o nr NSN zawartym w formularzu cenowym jest rekomendowany przez komitet TCCC.

4) w zakresie pozycji:

pakiet 9 Opatrunek hydrożelowy 28-40x40-60 cm

pakiet 10 Opatrunek hydrożelowy mały o pow.400 cm<sup>2</sup>

pakiet 11 Hydrożel w butelce

- **Wyniki badań** potwierdzających bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i braku cytotoksyczności oferowanego produktu, przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy

- **Karta charakterystyki (MSDS).**

#### **10. Wymagania w zakresie terminu ważności:**

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Formularzu cenowym.

#### **11. Wymagania dot. szkolenia:**

NIE DOTYCZY

#### **12. Inne wymagania:**

1) Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu - według zaleceń producenta.

2) Dostarczany wyrób oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.

3) Wymagania zgodnie z zawartymi w odpowiednim załączniku do OPZ nr ... dla danej pozycji.

#### **13. Klauzula kodyfikacyjna**

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

2.1 Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

2.2 Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teled adresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

3. Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

#### **14. Załączniki:**

Załącznik 6.1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla TL - skład;

Załącznik 6.2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla TL - opakowanie;

Załącznik 6.3 –Torba Lekarza - rysunki;

Załącznik 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PRM - skład;

Załącznik 7.1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PRM - opakowanie;

Załącznik 7.2 –Plecak Ratownika Medycznego - rysunki;

Załącznik 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PEM – skład;

Załącznik 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla WR - skład;

Załącznik 9.1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla WR - opakowanie;

Załącznik 9.2 –Walizka Reanimacyjna - rysunki;

Załącznik 10 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PRS - skład;

Załącznik 10.1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PRS - opakowanie;

Załącznik 10.2 – Plecak Ratownika Sanitariusza – rysunki;

Załącznik 11 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Opatrunku indywidualnego;

Załącznik 12 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej;

Załącznik 13 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zestawu dojścia doszpikowego

Załącznik 14 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla hydrożeli

Załącznik 15 - wymagania w zakresie dokumentów dotyczących opakowań;

Załącznik 16 – procedura badania próbek dot. opatrunku indywidualnego i opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej;

Załącznik 17 – oświadczenie dotyczące deklaracji i certyfikatów wyrobu medycznego;

Załącznik 18 - oświadczenie o zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami SWZ i OPZ;