



Poznań, dnia 7.04.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Część nr 2: Lampa operacyjna

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze znakiem CE, potwierdzonym deklaracją zgodności producenta? Certyfikat CE nie jest wymagany dla wyrobów medycznych klasy pierwszej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której można wymienić pojedynczy moduł diodowy, ale po otwarciu kopuły? Zwracamy uwagę, że lampa operacyjna jest urządzeniem wymagającym precyzyjnej kalibracji i wymianą źródeł światła powinien zajmować się profesjonalny serwis.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podstawowy panel sterowania umieszczony na zawieszeniu kardanowym przy każdej czaszy posiadający funkcje: włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk włączający tryb endoskopowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze światłem endoskopowym regulowanym w zakresie 5 –10% max. Ec ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czasze z dwoma uchwytami brudnymi zlokalizowanymi po przeciwległych stronach kopuły, co zapewni komfort pozycjonowania urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę, w której jednolita matryca diodowa jest osłonięta pokrywą wykonaną ze szkła bezpiecznego, przy wysokiej klasie szczelności urządzenia (IP54)?





GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w ocenie technicznej przyzna 2 punkty dodatkowemu sterownikowi wykonanemu w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości 10", z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniającemu sterowanie następującymi parametrami: lampy: włączanie / wyłączanie; zmiana temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

